DANSK
RÅD FOR
GENOPLIVNING

10 anbefalinger om hjertestartere

Anbefalinger til borgere, som ønsker at købe en hjertestarter

Krav til hjertestarteren

Hjertestarteren skal være godkendt og certificeret, dvs. korrekt CE-mærket.

Hjertestarteren bør købes fra en autoriseret leverandør, som har adgang til reservedele, og kan tilbyde service og vedligeholdelse. Derfor anbefales det at bruge en forhandler, som er medlem af Brancheforening for Hjertestartere.

Hjertestarteren bør have minimumsfunktioner som dansk stemmeguidning og skal kunne fungere stabilt under de forhold, hvor den skal anvendes.

Placering og tilgængelighed

24/7

Alle hjertestartere bør placeres, så de er tilgængelige 24 timer i døgnet alle årets dage, dvs. placeret i hjertestarterskabe på ydersiden af en bygning eller være let tilgængelige indendørs med uhindret adgang døgnet rundt.

Hjertestarteren bør ikke være i et aflåst skab, hverken med adgangskode eller lås.

Skiltning i området skal tydeligt markere placeringen af hjertestarteren. Her bør anvendes international standardiseret skiltning fra ILCOR eller ERC.

Registrering og ansvar

Hjertestartere bør være mærket med navn, adresse og telefonnummer samt være registreret på Hjertestarter-Netværket.

Ejeren bør minimum én gang om ugen, men helst oftere, kigge til sin hjertestarter for at tjekke, at den ikke melder fejl.

Der bør være en årlig kontrol af hjertestarterens batterilevetid, elektroder og korrekt opbevaring og placering. Dette kan med fordel gøres via en serviceaftale hos forhandleren.

Hvis muligt, bør personer i nærheden være uddannet i hjertelungeredning og have kendskab til brug af hjertestarteren. Som minimum bør personer, der færdes i området på fast basis, informeres om hjertestarterens eksistens.

Dansk Råd for Genoplivning anerkender, at praktiske og logistiske forhold i visse tilfælde kan gøre det vanskeligt at efterleve hjertestarteranbefalingerne fuldt ud. Dette kan f.eks. forekomme, når hjertestartere er placeret i køretøjer eller i bygninger uden offentlig adgang. I sådanne situationer bør hovedfokus være at sikre, at hjertestarterne er driftsklare og fungerer efter hensigten.